入札説明書に関する訂正（公示）

案件名：東ティモール国東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関し、以下の通り訂正します。

公示番号：機-1301E-02	回答日：平成25年2月18日	調達部契約第二課長
訂　正　箇　所	訂　正　内　容	備　考
入札説明書　機材仕様書付属書1　機材仕様明細書 番号4　CAD & CFD ソフトウェア （仕様）特別付属品：取扱説明書　（英文、1部/パッケージ）	（仕様）特別付属品：取扱説明書　（英文、1部/パッケージ） 取扱説明書内訳： SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation Professional SolidWorks Motion SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Simulation Premium:Nonlinear SolidWorks Simulation Premium:Dynamics	
入札説明書　機材仕様書付属書1　機材仕様明細書 番号5　プラスティックボール （仕様）形状：φ12.7㎜,PTFE 5等級以上 付属品：取扱説明書（英文、1部/式） 参考銘柄①：テフロンボール 標準付属品： 取扱説明書　（英文、1部/式）	（仕様）形状：φ12.7㎜,PTFE 5等級以上 参考銘柄①：テフロンボール	
入札説明書　機材仕様書付属書1　機材仕様明細書 番号26　電光光速度計測カメラ （仕様） 銘柄指定：　LAPOS 4J 標準付属品：取扱説明書（英文、1部/式）	（仕様） 銘柄指定：　LAPOS 4J 標準付属品：取扱説明書（英文、1部/式） 特別付属品： レンズ：SIGMA 20㎜ F1.8 EX DG ASPHERICAL RF ニコン用（1個/式）	
入札説明書　機材仕様書付属書1　機材仕様明細書 番号30　ファンクション・ジェネレータ （仕様） 銘柄指定：　WAVE Factor WB1973	（仕様） 銘柄指定：　WAVE Factor WF1973	
入札説明書　機材仕様書附属書３　輸送条件書 ５（２）４回目【空送】 機材名　雷光光速計測カメラ	機材名　雷光光速計測カメラ（カメラレンズを含む）	

入札説明書に関する質問への回答書

案件名：東ティモール国東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

公示番号：機－1301E－02	回答日：平成25年2月18日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　　　考
質問1 「輸送条件書」において、受注者が提出すべき輸送書類に関し、空送の場合のAirway Bill（副）については、東ティモールへの空輸は国際宅配便しかないため、AirwayBillが発行されない	回答1 航空貨物運送状（AWB）は、海外に貨物を送る際に必ず用意しなければならない書類で貨物の輸送記録であると同時に、追跡をする場合や請求の際にも重要となります。航空貨物運送状（AWB）は、国際宅急便、例えばFedExの場合、インターネットでも、カスタマーサービスへの電話でも、ご注文いただけます。各社国際宅急便会社ホームページをご参照の上、ご対応ください。	
質問2 アイテム17-20　太陽光発電パネル メーカーの生産ロットが大きく、少量の注文には対応して貰えないため、在庫が無い場合の納期見通しが立たない。	回答2 当該機材の用途は教育・研究用目的であるため、太陽光発電パネルの製造プロセスが異なる仕様変更は認められませんが、製造プロセスが同一であり、かつ形状寸法が同等以内である場合、その電気的仕様は、特別付属品のコントローラが適用可能である限り認められます。つまり上記条件に合致した同等品での代替は可能です。納期の見通しが立つ代替品でのオファーも検討ください。	
質問3 アイテム30　ファンクションジェネレーター WAVE Factor WB1973と記載あるが、WF1973ではないか	回答3 WF1973です。	
質問4 アイテム14　GPS機能搭載３モーショントラッカー 最終出荷地が日本である事で輸出承認された品であり、第三国への再輸出には輸出国の輸出許可が必要なため、要求納期に間に合わない可能性がある。	回答4 要求納期に間に合うように最善を尽くして頂き、それでも間に合わない場合、後の空送に変更することを検討いたします。	
質問5 アイテム26　雷光高速度計測カメラ 製品附属品には結像レンズが含まれておらず、ニコンFM-10相当用の交換レンズを使用する設定にあわせユーザー側で準備する想定になっている。入札額にレンズは含まなくて良いか。含める場合はレンズの仕様を知りたい	回答5 特別付属品： レンズ：SIGMA 20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF ニコン用 として追加します。 したがって、応札金額にレンズを含めてください。	

質　問　事　項	回　答　内　容	備　　　考
質問6 アイテム24 ディープサイクルバッテリー メーカー曰く危険物に相当し空送不可とのこと。海送に変更可能か	回答6 海送に変更可能です。	
質問7 アイテム22 Solar power Optimizer with RF Communications Reference Design 参考銘柄メーカーのSTMicroelectronicの日本代理店から納期が確定できないとの連絡があった。	回答7 納期に間に合わない見込みが立った場合、後の空送に変更することを検討します。	
質問8 アイテム4 CAD & CFD ソフトウェア 取扱説明書では多種類示されているので特定を願う	回答8 シミュレーションに関する下記の取扱説明書（英文）を指定いたします。 SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation Professional SolidWorks Motion SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Simulation Premium:Nonlinear SolidWorks Simulation Premium:Dynamics	
質問9 アイテム5　プラスチックボール 標準附属品に取扱説明書と記述あるが、附属しない	回答9 標準付属品から取扱説明書を除外します。	
	尚、納期の遅延に伴う追加経費が発生しても契約額の増額は認められません。リスクを踏まえた入札額の設定をお願いします。	